

IZVJEŠĆE SA SKUPA

Naziv skupa	Sastanak radne skupine za zdravstvenu skrb, sektora laboratorijska medicina europske kooperacije za akreditaciju
Datum i mjesto održavanja skupa	12-13.12.2013. Brisel, Belgija
Ime i prezime predstavnika HDMBLM	Ines Vukasović
Pozicija predstavnika HDMBLM	Nacionalni predstavnik
Datum izvješća	17.12.2013.

Izvješće s održanog skupa:

Organizator sastanka: Belgijska akreditacijska agencija (BELAC).

Izdvajam samo neke teme, ostalo putem webinara:

- način provjere nekih zahtjeva novog izdanja ISO 15189:2012
 - MBL treba imati politiku o etičkim načelima (obuhvaća mogući sukob interesa, rukovanje uzorcima ispitanika sukladno zakonskim propisima)*
 - način provjere informacijskih tehnologija i prijenosa rezultata sukladno novom izdanju norme; od laboratorija se očekuje pisana politika o načinu isporuke nalaza korisnicima uz potpis suglasnosti korisnika, uz regularnu provjeru jesu li preneseni svi podaci uz definiranje odgovornosti za provjeru*
 - nadzor integracije svih procesa sa standardom i sustavom upravljanja kvalitetom provjeravat će se putem opisa poslovnih procesa bilo u obliku dijagrama ili tekstualno, a očekuje se i analiza rizika tih procesa i upravljanje rizicima.*
 - upravljanje rizicima; treba biti dubinsko, može biti dio mjernog postupka ili dio radnih uputa u kojim je opisana kritična točka od koje sve može krenuti u neželjenom smjeru. Na početku primjene standarda očekuje se od laboratorija obrada općih procesa. Najkritičniji moraju biti posebno obrađeni.*
- do slijedećeg sastanka: prikupljanje mišljenja eksperata o kalibraciji i umjeravanju PCR uređaja radi harmonizacije ocjenitelja u ovom području (uniformnost temperature, vrijeme zagrijavanja i hlađenja, vrijeme održavanja temperature)
- publicirana je NOVA knjiga: [A Practical Guide to ISO15189 in Laboratory Medicine](#) Burnett D.
- provedba POCT akreditacije. Zahtjevan za provedbu u smislu broja ocjenitelja i radnih sati te će akreditacijski postupak biti iznimno skup (treba pregledati sva mjesta primjene POCT uređaja) i dostupan malom broju ustanova. U pripremi je izrada revizije ISO 22870, nije poznato hoće li ostati tijesna povezanost s ISO 15189 ili ne. Stav EA je da POCT akreditacija ne bi trebala postojati kao zasebna akreditacija već jedino kao dio ISO 15189.